



# ELS-Tester 红细胞寿命测定呼气试验仪

红细胞寿命·一“吹”便知



深圳市先亚生物科技有限公司

地址：广东省深圳市宝安区沙井街道后亭茅洲山  
工业园工业大厦全至科技创新园科创大厦十四层

RBCS-03型红细胞寿命测定呼气试验仪

深圳先亚与您共创健康未来

**精度高**

测量标准误差值满足 $SD \leq 0.15 \text{ ppm}$ ，精确测定红细胞寿命

**操作易**

将原有的侵入式试验简化成呼气试验，全程智能化操作

**技术硬**

与深圳大学联合共建“广东省呼气试验工程技术研究中心”

**时间短**

7min内测量完成，气体标本可保存五天

# 团队专注呼气诊断二十年

## 操作流程



## 注意事项



采气时间：清晨起床后至12点前进行采集。



受试者要求：空腹、采气前24小时内不得抽烟。



深圳市先亚生物科技有限公司  
SHENZHEN SEEKYA BIO-SCI & TECH CO., LTD.